



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346445 /08

Действительно до  
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

Компенсационный, гидр. манжеточный средства измерения

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12

регистрционный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160400346

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

выполнено на эталонах, значащих погрешностей, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

высокого давления

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдан этот аттестат

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрционный номер в ФГИИ по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДЦ.0008.2018

класс точности эталона, примененный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %

температура, влажность факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием погрешностей

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

по указанной методике

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 17 марта 2020 г.