



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346448 /08

Действительно до  
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
измерительное, спец. модифицированное средство измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12  
регистрационный номер в Федеральном информационном банке по обеспечению единства измерений, присвоенный при учете в 2018 г.

заводской (серийный) номер 5160400349

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
Зачисленные единицы измерения, диапазоны измерений, на которые поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители  
измерительные или обобщенные измерительные средства

артериального давления неинвазивные. Методика поверки  
на основании истории выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, спец. заводской номер, регион

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018  
класс или подразделение эталона, применяемый при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %  
Первичный, вспомогательный факторы, не влияющие в силу вида или метода поверки, в указанных их значениях

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
необходимые замечания

признаю пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 17 марта 2020 г.