



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346449 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

Вакуумметр, ГСИ, мод. P50.2.032-2004

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12

Регистрационный номер в Федеральном информационном банке по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160400350

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

Идентификация эталонов, результатов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

Вакууметров или оборудования для их

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на соответствие эталона и выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

Регистрационный номер в ФГИИ: 1346449-08, ГСИ, заводской номер, серия

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД 0008.2018

Класс точности эталона, температура при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %

Прочие влияющие факторы, нормированные в 2-м классе по Методу поверки с указанием их значений

и на основании результатов первичной (первичной) поверки

показано

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель



Handwritten signatures of the metrologist and verifier.

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.