



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346454 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
дактилонометр, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при государственном тестировании

заводской (серийный) номер 5160400315

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
выполнение работы включает в себя поверку, на которую поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
дактилонометры общего назначения

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выдана поверка


с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в ГСИ: 1000000000, тип: 3-разрядный электр. датчик

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс точности эталона, примененный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
значения влияющих факторов, примененных в процессе поверки, в соответствии с требованиями

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
использована методика

признано пригодным к применению.

Знак поверки 
 Главный методист  Ярыгин Артем Валерьевич
 Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.