



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346457 /08

Действительно до
16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде до обязательной идентификации измерений, государственный или утверждённый тип

заводской (серийный) номер 5160400318

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, количества измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование тех. регламента 2-го уровня

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
наименование стандарта/ГОСТов/методика

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в ФГИС и (или) наименование, тип, цифровой номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018
класс точности эталона, наименование при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
параметры влияния факторов, применённых в процессе поверки, в соответствии со стандартом

и на основании результатов первичной (первичической) поверки
метод поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
17 марта 2020 г.