



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346458 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, серийный или индивидуальный номер

заводской (серийный) номер 5160400319

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, значений измерений, на которые поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование ГСИ, обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
наименование методики выполнения поверки



с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в СФСИ, наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
наименование эталона, диапазон, диапазонный предел поверки

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
наименование фактора, измеренное значение фактора на момент поверки, с указанием его эталонной погрешности

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
тип поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки   Ярыгин Артем Валерьевич
 Главный метролог
 Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.