



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346461 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерения

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном банке по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160400244

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазоны измерений, на которые поверено средство измерения

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование СМК, обязательные документы

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании стандарта выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и класс поверочного, тип, заводской номер, серия

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД 0008.2018
класс точности поверочного, наименование прибора

при следующих значениях влияющих факторов: t = 22,3 °C p = 102,4 кПа φ = 52 %
параметры эталонов, факторы, влияющие в это время на методку поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
тип поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки 
 Главный метролог 
 Поверитель 

Ярыгин Артем Валерьевич
 Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.