



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1353684 /08

Действительно до
24 марта 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерения,

модель: UA-100, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер B200100001-B200115000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

выполненные единицы измерения, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, номинальный номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,5 °C p= 103,1 кПа φ= 53 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

нужное зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
25 марта 2020 г.