



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1434190 /08

Действительно до
20 мая 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
высшего/низшего, типа, модификация средства измерений,

пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200200001-5200202000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
высшего/низшего, типа, модификация средства измерений,

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
высшего/низшего, типа, модификация средства измерений,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталона, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,4 °C p= 100,6 кПа φ= 54 %
перечень влияющих факторов, перечисленных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
необходимо зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
21 мая 2020 г.