



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1438428 /08

Действительно до
24 мая 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
Наименование, тип, модификация средства измерений,

пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный представителю типа

заводской (серийный) номер 5200300001-5200314000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
Наименование единиц измерения, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
Наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,6 °C p= 101,2 кПа φ= 44 %
Перечень влияющих факторов, нормированных в документах на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
методом поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
25 мая 2020 г.