



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440630 /08

Действительно до  
31 мая 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты  
наименование, тип, модификация средства измерений

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180900006

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование для обозначения документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018  
класс точности эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:  $t = 20,4 \text{ } ^\circ\text{C}$   $p = 100,6 \text{ кПа}$   $\varphi = 56 \%$   
перечисляемые факторы, влияющие на документ на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
необходимо зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки  АВ Ярыгин Артем Валерьевич

Главный метролог СА Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
01 июня 2020 г.