



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440633 /08

Действительно до  
31 мая 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты  
наименование, тип, модификация средства измерений

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180900009

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные. Методика поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
на основании которого выполнена поверка

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,4 °C p= 100,6 кПа φ= 56 %  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
непосредственно

признано пригодным к применению.

Знак поверки  Арт Ярыгин Артем Валерьевич

Главный метролог РЗ Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
01 июня 2020 г.