



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440638 /08

Действительно до
 31 мая 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
изменения, тип, модификация средства измерений,

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180900014

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, делителей измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,4 °С p= 100,6 кПа φ= 56 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
интуитивно зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки   Ярыгин Артем Валерьевич

Главный метролог  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 01 июня 2020 г.