



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440640 /08

Действительно до  
31 мая 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты  
выявление, тип, модифицирующее средство измерений,

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180900016

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме  
выявление единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
выявление или обобщающее документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДД.0008.2018  
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,4 °C p= 100,6 кПа φ= 56 %  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
методика поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки   Ярыгин Артем Валерьевич

Главный метролог

Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
01 июня 2020 г.