



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440646 /08

Действительно до
 31 мая 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
наименование, тип, модификация средства измерений

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180900022

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталона, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:
 $t = 20,4 \text{ }^\circ\text{C}$ $p = 100,6 \text{ кПа}$ $\phi = 56 \text{ \%}$
исчерпывающие факторы, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
способа поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки   Ярыгин Артем Валерьевич

Главный метролог

Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 01 июня 2020 г.