



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440648 /08

Действительно до  
31 мая 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты  
наименование, тип, модификация средства измерений,

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180900024

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, единиц измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДД.0008.2018  
класс или погрешность эталона, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,4 °C p= 100,6 кПа φ= 56 %  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (нериодической) поверки  
интуитивное заключение

признано пригодным к применению.

Знак поверки    
Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
01 июня 2020 г.