



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440666 /08

Действительно до
31 мая 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
использования, типа, модификация средства измерений,

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180900042

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

выявление единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

использования или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнены поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталона, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 20,4 °C p= 100,6 кПа φ= 56 %

перечень влияющих факторов, нормированных в ЗКЗ не только на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

популярное заверение

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудинов Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
01 июня 2020 г.