



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440669 /08

Действительно до
31 мая 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
наименование, тип, модификация средства измерений

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180900045

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
наименование или обозначение документа

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
наименование которого выполнена поверка


3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,4 °C p= 100,6 кПа φ= 56 %
перечень влияющих факторов, учтенных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
непосредственность

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог  Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
01 июня 2020 г.