



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440683 /08

Действительно до  
03 июня 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты  
наименование, тип, идентификация средства измерений

модель шифровой серии UA, модель: UA-780 с адаптером сетевым, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180935005

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначения документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки  
на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,4 °C p= 100,8 кПа φ= 44 %  
перечень значимых факторов, учтенных в документе на метрологический прибор, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
исполнение зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудинов Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
04 июня 2020 г.