



ООО «Казанский ПСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440688 /08

Действительно до
03 июня 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
наименование, тип, модификация средства измерений

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780 с адаптером сетевым, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180935010

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДД.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t = 21,4 \text{ }^\circ\text{C}$ $p = 100,8 \text{ кПа}$ $\varphi = 44 \%$

перечень внешних факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

необходимо завернуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
04 июня 2020 г.