



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440705 /08

Действительно до
03 июня 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
наименование, тип, модификация средства измерений,

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780 с адаптером сетевым, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180935027

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или точность эталонов, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,4 °C p= 100,8 кПа φ= 44 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
необязательно

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
04 июня 2020 г.