



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1440721 /08

Действительно до
 03 июня 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
измерения, тип, модификация средства измерений,

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780 с адаптером сетевым, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, применяемый при утрате копии типа

заводской (серийный) номер 7180935043

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

Идентификация единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
 в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

Идентификация код обозначения документа,
артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка
 с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и наименование, тип, заводской номер, разряд,
3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,4 °C p= 100,8 кПа φ= 44 %

Влияние влияющих факторов, нормированных в 2009 году на методике поверки, с указанием до значений
 и на основании результатов первичной (периодической) поверки
погрешность

признано пригодным к применению.

Знак поверки  

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 04 июня 2020 г.