



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1459758 /08

Действительно до  
10 июня 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты  
наименование, тип, маркировка средства измерений,

пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200400001-5200408000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 21,0 °C p= 100,4 кПа φ= 48 %

влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

неуказано заверенность

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

*Handwritten signature of Artyom Valeryevich Yarygin*

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

*Handwritten signature of Rinat Zakirovich Sagutdinov*

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
11 июня 2020 г.