



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1482084 /08

Действительно до
16 июня 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерений

модель: UA-200, № 65004-16
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер G200300001-G200302000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, выходящих за пределы, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс или точность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

$t = 20,2 \text{ } ^\circ\text{C}$ $p = 100,4 \text{ кПа}$ $\varphi = 56 \text{ } \%$
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
методом зачистки

признано пригодным к применению.

Знак поверки   Ярыгин Артем Валерьевич

Главный метролог

Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
17 июня 2020 г.