



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1493953 /08

Действительно до  
03 июля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты  
измерениями, тип, модификация средства измерений,

пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200400001-5200403000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме  
выявление единиц величин, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,


3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018  
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,6 °C p= 100,2 кПа φ= 56 %  
перечень влияющих факторов, номеровых в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
необходима загрузка

признано пригодным к применению.

Знак поверки    
Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель   
Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
04 июля 2020 г.