



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1493972 /08

Действительно до
07 июля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и
наименование, тип, модификация средства измерений,

частоты пульса цифровой модели: UA-911BT-C, № 69151-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200300501-5200301000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, значений измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (тип) наименования, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс или достоверность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,2 °C p= 100,8 кПа φ= 44 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (перiodической) поверки
необходимо зафиксировать

признано пригодным к применению.

Знак поверки  Арт Ярыгин Артем Валерьевич

Главный метролог

Поверитель Ринат Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
08 июля 2020 г.