



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1521819 /08

Действительно до
23 июля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
наименование, тип, модификация средства измерений

пульса цифровой серии UA, модель: UA-604 № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200411633

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполняется поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДЦ.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t = 20,4 \text{ }^\circ\text{C}$ $p = 100,8 \text{ кПа}$ $\varphi = 48 \%$

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
нужное зачеркнуть

признано пригодным к применению.



Главный метролог

А.В. Ярыгин
Р.Н. Сагудин

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагудин Ринат Закирович

Дата поверки
24 июля 2020 г.