



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1521823 /08

Действительно до  
23 июля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты  
наименование, тип, модификация средства измерений,

пульса цифровой серии UA, модель: UA-604 № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200411637

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018  
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,4 °C p= 100,8 кПа φ= 48 %  
перечень влияющих факторов, определенных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
исполнение поверки

признано пригодным к применению.



Главный метролог

*Handwritten signature of Artyom Valeryevich Yrygin*

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

*Handwritten signature of Rinat Zakirovich Sagutdinov*

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
24 июля 2020 г.