



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1521824 /08

Действительно до
23 июля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
наименование, тип, модификация средства измерений

пульса цифровой серии UA, модель: UA-604 № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200411638

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,4 °C p= 100,8 кПа φ= 48 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
полюсом зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
24 июля 2020 г.