



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1521833 /08

Действительно до
 23 июля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
наименование, тип, модификация средства измерений

пульса цифровой серии UA, модель: UA-604 № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200406327

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерений, диапазона измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (тип) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2, ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 20,4 °C p= 100,8 кПа φ= 48 %

прочие значимые факторы, нормированные в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

наименование измерений

признано пригодным к применению.

Знак поверки
 2 ДДД 0
 Главный метролог

Handwritten signature of Artyom Valeryevich Yrygin

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Handwritten signature of Rinat Zakirovich Saugudinov

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
 24 июля 2020 г.