



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1549205 /08

Действительно до
03 августа 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
наименование, тип, модификация средства измерений

пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200410001-5200415000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,4 °C p= 100,6 кПа φ= 58 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на метрологическую поверку, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
способ измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки  Арт

Главный метролог Арт Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Ринат Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
04 августа 2020 г.