



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1556736 /08

Действительно до
07 августа 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
напряжения, ток, метрологическое средство измерения,

пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191114001-5191123000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, физических измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование для обозначения документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (тип) наименования, тип, заводской номер, марки,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 20,4 °C p= 101,4 кПа φ= 46 %

перечень внешних факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанными их значениями

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

использовано метрологическое средство измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
08 августа 2020 г.