



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1568211 /08

Действительно до
17 августа 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,

наименование, тип, модификация средства измерений,

модель: UA-100, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер B200600001-B200615000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (тип) наименования, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

клас или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 20,2 °C p= 100,8 кПа φ= 52 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

получено заключение

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

18 августа 2020 г.



Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович