



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1635328 /08

Действительно до
09 сентября 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17

пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200706001-5200707000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, применяемых при поверке

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнялась поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталона, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 20,6 °C p= 100,3 кПа φ= 46 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

нужное зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог А.И. Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Р.А. Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

10 сентября 2020 г.