



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1729974 /08

Действительно до
17 октября 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерений,

модель: UA-100, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер B200722001-B200742000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, допущено к измерению, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,6 °C p= 101,2 кПа φ= 58 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

использовано оборудование

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Директор

Садеева

Садеева Алевтина Александровна

Поверитель

Никифорова

Никифорова Галина Шамилевна

Дата поверки
18 октября 2020 г.