



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1744250 /08

Действительно до
 30 октября 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
наименование, тип, модификация средства измерений

пульса цифровой серии UA, модель: UA-780, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 7180923101-7180924000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (тип) наименования, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 20,4 °C p= 101,8 кПа φ= 52 %

прочие значения факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значимой

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

использовано измеритель

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Директор Садреева Алевтина Александровна

Поверитель Никифорова Галина Шамилевна

Дата поверки
 31 октября 2020 г.