



ВНИИМС

**Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

Операционному директору
ООО «ЭЙ энд ДИ РУС»

А.А. Исаенкову

от 01.02.2024 № 202-24-025
На № _____ от _____

Г

Г

Уважаемый Александр Александрович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 141084 от 30 января 2020 г., 30.01.2024 и 31.01.2024 года провело первичную поверку:

Приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровых серии UA, моделей: UA-777, UA-888 с чехлом для хранения и адаптером сетевым, UA-888 с адаптером сетевым, UA-780 с адаптером сетевым (регистрационный номер 68813-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные. Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения №1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии

Исп. Н.Е. Пашкевич
Тел. +7 (495) 437 29 10 доб. 245



А.Е. Коломин

Перечень средств измерений

| Наименование СИ (в соответствии с указанном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ) | Модификация | Серийные номера | Дата поверки | Действительно по |
|---|--|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые серии UA | UA-777 | 7231200001 - 7231205000 | 31.01.2024 | 30.01.2026 |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые серии UA | UA-888 с чехлом для хранения и адаптером сетевым | 7231200001 - 7231201000 | 30.01.2024 | 29.01.2026 |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые серии UA | UA-888 с адаптером сетевым | 7231200001 - 7231211000 | 30.01.2024 | 29.01.2026 |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые серии UA | UA-780 с адаптером сетевым | 7231200001 - 7231208500 | 31.01.2024 | 30.01.2026 |

Начальника отдела 202


Р.В. Кузьменков